



URIT CA-331A



ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO

Registro Anvisa: 80223480099

- ⌚ | Constante 330 T/H, 540 T/H com ISE
- 📊 | 71 posições de amostra, 60 posições de reagente e 120 cubetas de reação
- ⊕ | Sistema de incubação com aquecimento seco direto
- ✅ | Ininterruptas 24 horas, sistema de refrigeração constante (2-8° C)
- ⚙️ | Sistema óptico de grade completo
- 🛡️ | Proteção contra colisão nas agulhas e estação de lavagem
- ❄️ | Software de usuário amigável, de fácil operação
- 🔄 | Sistema Interface LIS/HIS Bidirecional

Fabricado por:
URIT MEDICAL



ESPECIFICAÇÕES

Método de ensaio: Ponto Final, ponto final de dois pontos, cinético de dois pontos, cinético, comprimento de onda mono/duplo, método em branco (branco de reagente e amostra), imunoturbidimetria

Princípio: Colorimetria fotoelétrica.

Fonte de luz: Lâmpada de halogêneo 12V/20W

12 Comprimentos de onda: 340nm\ 380nm\ 405nm\ 450nm\ 505nm\ 546nm\ 578nm\ 600nm\ 660nm\ 700nm\ 750nm\ 800nm

Bandeja de reagentes: 60 posições compatíveis com diversos tipos de frascos.

Bandeja de amostra: 71 posições de amostra (inclui posições de amostra de rotina, calibração, controle de qualidade e emergência); suporte para tubos primários e copo de amostra.

Bandeja de reação: 120 cubetas de reação de alta permeabilidade UV.

Volume de amostra: 1,2 ~ 35 µL, variável em 0,1 µL.

Volume de reagente: 10 ~ 400 µL, variável em 0,5 µL.

Volume mínimo de reação: 90 µL.

Tempo máximo de reação: 10 minutos.

Consumo de água: ≤15 litros/hora durante operação.

Unidade de limpeza: Sistema de limpeza automática (8 fases)

Calibração: Calibração linear (ponto único, dois pontos ou pontos múltiplos) e calibração não-linear (Logit-Log4P, Logit-Log5P, função spline, exponencial, exponencial 5P, parábola, inserção de fator).

Regras de controle: Regras de Westgard, Levey-Jennings e diversos níveis de controle de qualidade.

Controle de temperatura: Sistema de incubação com aquecimento seco direto 37 ± 0,1°C.

Alimentação: AC 230V (±10%)

Ambiente: Temperatura de operação: 10°C ~ 30°C.
Umidade relativa: 35% - 85%.

Características:

- 24 horas de sistema de refrigeração contínuo (2 ~ 8°C).
- Seringa de cerâmica, garantindo precisão e eficácia.
- Alta precisão no sistema óptico, com grade livre de manutenção.
- Proteção contra colisão da agulha e estação de lavagem.
- Detecção de nível de líquido e rastreamento de volume durante a aspiração.
- Sistema de interface bidirecional LIS e HIS.
- Sistema aberto de reagentes, permitindo flexibilidade nos testes.
- Monitoramento em tempo real do teste na tela e verificação das curvas de reação.